



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 199/2025

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Instituto de Metrologia do Estado do Pará

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: RODOVIA - PA 160 / KM 5,7
PARAUPEBAS - PA

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 278/2021

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: ATLANTA Modelo: ATSMSX LITE Nº Série: ATSMSX60182

Metrologista executor	Data
ANDERSON CLEYTON BARBOSA	28/05/2025

Modelo conforme caderno de componentes Sim Não Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos Sim Não

Ensaio de Campo

Faixa: FAIXA 01

Sentido: SUL / NORTE

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	62,1	59,0	59,0	3,1	5,0	0,0	0
2	57,7	54,0	54,0	3,7	5,0	0,0	0
3	58,8	54,0	54,0	4,8	5,0	0,0	0
4	59,3	57,0	57,0	2,3	5,0	0,0	0
5	58,2	54,0	54,0	4,2	5,0	0,0	0

Faixa: FAIXA 02

Sentido: SUL / NORTE

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	59,3	57,0	57,0	2,3	5,0	0,0	0
2	58,3	54,0	54,0	4,3	5,0	0,0	0
3	62,1	58,0	58,0	4,1	5,0	0,0	0
4	57,7	54,0	54,0	3,7	5,0	0,0	0
5	58,8	54,0	54,0	4,8	5,0	0,0	0

Aprovado Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15386489
Selos/lacres utilizados: H4617792-5, H4617744-2

5898631 - ANDERSON CLEYTON BARBOSA